STEADLIVE 思泰利
MEDICAL APPARATUS & HEALTHY NURSING

Colostomy bag instruction

One System



One System Colostomy Bag

1. Use the water to clean the skin around stoma.

2. A hole have been advanced opening at the flange, the sufferers can cut a hole at the flange at basis of the kind of stoma.



3. Remove the protection paper at the flange.



4. Blow a little air into the bag before fixing the bag in order to prevent the wall of the bag being sticked on. then hold the cutting sleeve aimed at the flange by using two hands, from the bottom to the top , use the finger to press it carefully and make it conglutinate absolutely.



About Drainable Bag

5. Use clip to clamp the end of bag, agraffe type must be press the end of bag and turn forth 2 circum ference then join the agraffe before use the drainable bag.



6. Open the end of the bag when giving out stool, make the end of the bag aim at the urinal, and then wash the end of the bag as the picture, make the end of the bag smoothly, the can reuse.



Notice

1. The sufferer of the intestines open can use this product to incept the ordure only.

2. The " flange " to mix this product can use 3-5 days in normal condition, it can affect the effect of the affixing if use delay, it is not good to the skin .

3. If the bag full of air, make it exhausted by using the pinhole in the upper end of the bag. suggest use activate carbon cassette, it can wipeoff the peculiar smell.

4. The bag which being exchanged can not be used again



5. The bag which can not be washed into the toilet or cloaca, it can not be discarded at will, pay attention to the protection of the environment.

6. The skin uses to the gum allergy carefully.



Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co., Ltd.
Room1-8,7th Floor,7th Building Guannan Fuxing Medical Industrial Park,No.62 Guanggu Road, East Lake New Technology Development Zone Wuhan City, Hubei Province, China, Tel：+86-27-82302765
EC Representative: Prolinx Gmbh, Address: Brehmstr.56,40239, Duesseldorf, Germany, Tel: 0049 211 3105 4698

STEADLIVE 思泰利
MEDICAL APPARATUS & HEALTHY NURSING

Οδηγίες χρήσηςσάκων στομίας

Σάκος ενός τεμαχίου



Σάκος στομίας εν ός τεμαχίου

1. Καθαρίστε με νερό το δέρμα γύρω από τη στομία.

2. Μια οπή έχει χαραχθεί ήδη στη βάση του σάκου και οι ασθενείς μπορούν να την ανοίξουν για να τοποθετήσουν τη βάση στο σημείο της στομίας.



3. Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί από τη βάση.



4. Φυσήξτε ελαφρώς στον σάκο πριν τον στερεώσετε για να μην κολλήσουν τα τοιχώματά του. Στη συνέχεια κρατήστε με δύο χέρια το εξωτερικό τμήμα πάνω στη βάση και πιέστε προσεκτικά από κάτω προς τα πάνω στη βάση για να κολλήσει καλά.



Σχετικά με τον αναλώσιμο σάκο

5. Χρησιμοποιήστε τον συνδετήρα για να στερεώσετε το άκρο του σάκου, γυρίστε 2 φορές και ενώστε την πόρπη πριν χρησιμοποιήσετε τον αναλώσιμο σάκο.



6. Ανοίξτε το άκρο του σάκου όταν αφαιρείτε τα κόπρανα, στρέψτε το άκρο του σάκου προς το ουροδοχείο και πλύνετε το άκρο του σάκου όπως στην εικόνα. Κλείστε προσεκτικά το άκρο του σάκου. Χρησιμοποιήστε μόνο μία φορά.



Σημείωση

1. Ο ασθενής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν μόνο για κόπρανα.

2. Αυτή η βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 3-5 ημέρες σε κανονικές συνθήκες. Η παρατεταμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα.

3. Εάν ο σάκος είναι γεμάτος αέρα, αδειάστε τον αέρα χρησιμοποιώντας το άνοιγμα στο άνω άκρο του σάκου. Συνιστάται η χρήση φίλτρου ενεργού άνθρακα για την αντιμετώπιση της κακοσμίας.

4. Κάθε σάκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά



5. Η απόρριψη του σάκου δεν πρέπει να γίνεται στην τουαλέτα ή σε υπόνομο. Απορρίψτε υπεύθυνα, προστατέψτε το περιβάλλον.

6. Βεβαιωθείτε ότι η κόλλα δεν προκαλεί δερματική αλλεργία.



Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co., Ltd.
Room1-8,7th Floor,7th Building Guannan Fuxing Medical Industrial Park,No.62 Guanggu Road, East Lake New Technology Development Zone Wuhan City, Hubei Province, China.
Tel：+86-27-82302765
EC Representative: Prolinx Gmbh
Address: Brehmstr.56,40239, Duesseldorf, Germany
Tel: 0049 211 3105 4698